

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МОНИТОРИНГ»

Королёва Т.М.Королёва

«02» 09 2019г.



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 от 02.09.2019г.

К документу М-МВИ-183-06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий газохроматографическим методом с фотоионизационным детектором».

Раздел 2, п.2.1.9 взамен «Весы лабораторные типа ВЛА-200М, ГОСТ 24104-88Е, пределы допускаемой погрешности измерений $\pm 0,0002\text{г}$ » следует читать «Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 класса точности II с максимальной нагрузкой взвешивания 200г и пределами погрешности при первичной поверке $\pm 0,5\text{мг}$ ».

Раздел 7.4, п. 7.4.1 первый абзац взамен «Взвешивают на аналитических весах с погрешностью не более 0,2мг,» следует читать «Взвешивают на аналитических весах, регистрируя результаты с точностью до 1,0 мг.....».

Примечания:

1. Дата утверждения изменения является датой начала действия этого изменения.
2. Изменение №1 не содержит положений, влияющих на показатели точности измерений, выполняемых по данной МВИ.

Начальник метрологической службы
ООО «МОНИТОРИНГ»

Загуровская

Н.С.Загуровская