

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“ВНИИМ им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА”

190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Факс: 7 (812) 713-01-14, телефон: 7 (812) 251-76-01, e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц в области ОЕИ под № 065



035146

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 242/1074-2016

ПРИ ПОВТОРНОЙ ПОВЕРКЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Действительно до
« 14 » марта 2017 г.

Эталон (средство измерений)

Рабочий эталон 1 разряда единицы молярной (объемной) доли
компонентов в газовых смесях

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений ¹

Серия и номер знака предыдущей поверки

086259027

Заводской номер (номера)

РЭ 154-1-21-2005

поверено в диапазоне объемной доли от $5 \cdot 10^{-10}$ % до 99,9 %

поверено в
соответствии с

РЭ 154-1-21-2005 МП

с применением эталонов
единиц величин

государственного первичного эталона единиц молярной доли и
массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011

при следующих значениях
влияющих факторов

температура окружающего воздуха 21 °С, относительная влажность
окружающего воздуха 60 %, атмосферное давление 101,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано годным к применению в
качестве рабочего эталона 1 разряда в соответствии с ГОСТ 8.578-2014



Руководитель научно-исследовательского отдела госэталонов
в области физико-химических измерений

Л.А. Конопелько

Поверитель



Д.С. Ильин

« 14 » марта 2016 г.